



MINISTERIO DE SALUD DE PERÚ
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO EJECUTOR DEL SECTOR SALUD
"Investigar para proteger la salud"

Programa de Evaluación Externa del Desempeño (PEVED)
en inmunoserología para Bancos de Sangre tipo II
FORMULARIO DE RESPUESTAS

Fecha: 27/12/2024
Hora: 11:25 a.m.

Establecimiento HOSPITAL GENERAL HUACHO
N° Registro INS0123
Telefono 2395142
Fax

Director EDWIN SUAREZ ALVARADO
Correo Director hdhuacho@ec-red.com
Telefono

Correo hdhuacho@ec-red.com
Dirección JOSE ARNALDO ARAMBULO LA ROSA N°251 HL
Fecha
Jefe SAYAS POMA DAVID
Correo Jefe dasalabinen209912106@gmail.
Telefono 996786248
Anexo

Parametro: anti HBc

Nombre del Reactivo anti-HBc Architect i2000 SR
Marca ABBOTT Diagnostics
F Vencimiento 20/12/2024
Comentario

Responsable NICZA MORRIS VITTET
Lote 60365BE00
Generacion
F Ejecución 14/11/2024

1° Ensayo

Negativo 1 0.28
Positivo 1 2.21
Positivo 2
Valor de Corte 1.0
Antígeno

2° Ensayo

Negativo 1 0.28
Positivo 1 2.21
Positivo 2
Valor de Corte 1.0
Antígeno

Codigo	ABS1	ABS2	Interpretación	Comentario
1	0.16	0.16	NR	
2	0.19	0.13	NR	
3	0.14	0.15	NR	
4	0.16	0.23	NR	
5	7.68	7.43	R	
6	0.11	0.15	NR	
7	0.13	0.11	NR	
8	0.14	0.21	NR	
9	0.20	0.22	NR	
10	8.16	7.68	R	
11	5.15	5.29	R	
12	0.12	0.13	NR	

Parametro: CHAGAS

Nombre del Reactivo	otros - especificar en observaci	Responsable	NICZA MORRIS VITTET
Marca	ABBOTT Diagnostics	Lote	61703BE00
F Vencimiento	20/02/2025	Generacion	
Comentario	ARQUITEC CHAGAS	F Ejecución	14/11/2024

1º Ensayo		2º Ensayo	
Negativo 1	0.02	Negativo 1	0.02
Positivo 1	3.46	Positivo 1	3.46
Positivo 2		Positivo 2	
Valor de Corte	1.0	Valor de Corte	1.0
Antígeno		Antígeno	

Codigo	ABS1	ABS2	Interpretación	Comentario
1	0.06	0.07	NR	
2	0.10	0.12	NR	
3	0.10	0.09	NR	
4	0.11	0.10	NR	
5	0.08	0.07	NR	
6	0.22	0.21	NR	
7	11.28	11.67	R	
8	0.11	0.09	NR	
9	0.09	0.09	NR	
10	0.28	0.26	NR	
11	0.05	0.05	NR	
12	0.13	0.10	NR	

Parametro: HBs Ag

Nombre del Reactivo	HBsAg Architect i2000 SR	Responsable	NICZA MORRIS VITTET
Marca	ABBOTT Diagnostics	Lote	62186F00
F Vencimiento	06/03/2025	Generacion	
Comentario		F Ejecución	14/11/2024

1º Ensayo		2º Ensayo	
Negativo 1	0.23	Negativo 1	0.23
Positivo 1	3.27	Positivo 1	3.27
Positivo 2		Positivo 2	
Valor de Corte	1.0	Valor de Corte	1.0
Antígeno		Antígeno	

Codigo	ABS1	ABS2	Interpretación	Comentario
1	0.17	0.19	NR	
2	0.20	0.20	NR	
3	0.19	0.18	NR	
4	0.16	0.20	NR	
5	2244.82	2172.21	R	
6	0.17	0.27	NR	
7	0.19	0.20	NR	
8	0.21	0.23	NR	
9	0.17	0.19	NR	
10	5103.94	5246.61	R	
11	0.19	0.18	NR	
12	0.18	0.18	NR	

Parametro: HCV

Nombre del Reactivo	anti-HCV Architect i2000 SR	Responsable	NICZA MORRIS VITTET
Marca	ABBOTT Diagnostics	Lote	60601BE00
F Vencimiento	24/04/2025	Generacion	
Comentario		F Ejecución	14/11/2024

1° Ensayo		2° Ensayo	
Negativo 1	0.07	Negativo 1	0.07
Positivo 1	4.95	Positivo 1	4.951
Positivo 2		Positivo 2	
Valor de Corte	1.0	Valor de Corte	1.0
Antígeno		Antígeno	

Codigo	ABS1	ABS2	Interpretación	Comentario
1	0.11	0.10	NR	
2	18.59	19.06	R	
3	0.14	0.14	NR	
4	0.11	0.13	NR	
5	0.09	0.10	NR	
6	0.10	0.12	NR	
7	0.13	0.11	NR	
8	0.16	0.15	NR	
9	0.16	0.17	NR	
10	0.09	0.10	NR	
11	0.08	0.11	NR	
12	0.14	0.15	NR	

Parametro: HIV

Nombre del Reactivo	HIV Ag/Ab Architect i2000 SR	Responsable	Nicza Morris Vittet
Marca	ABBOTT Diagnostics	Lote	65534BE00
F Vencimiento	06.03.2025	Generacion	
Comentario		F Ejecución	14/11/2024

1° Ensayo		2° Ensayo	
Negativo 1	0.06	Negativo 1	0.06
Positivo 1	4.44	Positivo 1	4.44
Positivo 2	3.19	Positivo 2	3.19
Valor de Corte	1.0	Valor de Corte	1.0
Antígeno	3.15	Antígeno	3.15

Codigo	ABS1	ABS2	Interpretación	Comentario
1	0.26	0.23	NR	
2	0.29	0.26	NR	
3	0.23	0.06	NR	
4	778.24	767.99	R	
5	0.18	0.35	NR	
6	0.36	0.32	NR	
7	0.12	0.12	NR	
8	0.14	0.08	NR	
9	0.12	0.14	NR	
10	0.26	0.17	NR	
11	0.09	0.12	NR	
12	748.55	751.19	R	

Parametro: HTLV

Nombre del Reactivo	otros - especificar en observaci	Responsable	NICZA MORRIS VITTET
Marca	ABBOTT Diagnostics	Lote	64188BE00
F Vencimiento	30/04/2025	Generacion	
Comentario	ARCHITEC rHTLV-I-II	F Ejecución	14/11/2024

1° Ensayo

Negativo 1	0.21
Positivo 1	4.21
Positivo 2	
Valor de Corte	1.0
Antígeno	

2° Ensayo

Negativo 1	0.21
Positivo 1	4.21
Positivo 2	
Valor de Corte	1.0
Antígeno	

Codigo	ABS1	ABS2	Interpretación	Comentario
1	212.90	207.02	R	
2	0.28	0.59	NR	
3	0.19	0.33	NR	
4	0.34	0.22	NR	
5	0.37	0.28	NR	
6	0.46	0.25	NR	
7	0.37	0.32	NR	
8	0.35	0.36	NR	
9	137.35	138.02	R	
10	0.19	0.44	NR	
11	0.34	0.34	NR	
12	0.28	0.24	NR	

Parametro: SIFILIS

Nombre del Reactivo	otros - especificar en observaci	Responsable	NICZA MORRIS VITTET
Marca	ABBOTT Diagnostics	Lote	63518BE00
F Vencimiento	04/04/2025	Generacion	
Comentario	ARQUITEC SIFILIS	F Ejecución	14/11/2024

1° Ensayo

Negativo 1	0.07
Positivo 1	2.42
Positivo 2	
Valor de Corte	1.0
Antígeno	

2° Ensayo

Negativo 1	0.07
Positivo 1	2.42
Positivo 2	
Valor de Corte	1.0
Antígeno	

Codigo	ABS1	ABS2	Interpretación	Comentario
1	0.22	0.20	NR	
2	0.25	0.24	NR	
3	27.27	27.95	R	
4	0.14	0.18	NR	
5	0.19	0.19	NR	
6	0.15	0.16	NR	
7	0.26	0.29	NR	
8	18.75	18.51	R	
9	0.27	0.24	NR	
10	0.15	0.19	NR	
11	0.18	0.19	NR	
12	29.03	30.18	R	



MINISTERIO DE SALUD DE PERÚ
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO EJECUTOR DEL SECTOR SALUD
"Investigar para proteger la salud"

Evaluación del desempeño por marcador serológico
Programa de Evaluación Externa del Desempeño (PEVED)
en inmunoserología para Bancos de Sangre tipo II

Panel: INS0123
Departamento: LIMA
Establecimiento: HOSPITAL GENERAL HUACHO
Fecha de Registro: 18/11/2024

Fecha: 27/12/2024
Hora: 11:34:54 a.m.

<u>Parametro</u>	<u>Resultado</u>
AgHBs	A
anti HBc	A
Chagas	A
HCV	A
HIV	A
HTLV	A
Sífilis	A

Las bases para el criterio de evaluación son los siguientes:

- "A" Resultados correctos, sin resultados Falso - Positivos ni resultados Falso - negativos.
"B" Fueron observados resultados Falso - Positivos.
"C" Detección de resultados Falso - Negativos.



Dra Myriam Yasuda

Coordinadora PEVED

correo electrónico: peedi@ins.gob.pe Tel: 4719920 anex 110 y 132 Fax: 4712529

Cápac Yupanqui No. 1400, Jesús María, Lima 11
Teléfono 6176200 FAX 6176260 anexo 2194
e-mail: postmaster@ins.gob.pe / Página Web: www.ins.gob.pe